



MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU

KLASY II

DLM-102

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi opisuje działanie miernika DLM-102 z oprogramowaniem wewnętrznym w wersji **1.9.0021**. Numer wersji oprogramowania można obejrzeć na ekranie powitalnym, wyświetlonym po włączeniu przyrządu (dokładny opis znajduje się w rozdziale 3.1 niniejszej instrukcji).

PPUH SONOPAN Sp. z o.o.
15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2
tel. 85 742-36-62
sonopan@sonoapn.com.pl
<https://www.sonopan.com.pl/>

Kwiecień 2019

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU	3
1.1. Wyposażenie.....	4
1.2. Konfiguracja systemu.....	4
1.3. Wielkości mierzone	4
1.4. Dane techniczne	4
1.5. Wpływ czynników zewnętrznych.....	8
1.6. Wpływ wyposażenia dodatkowego	8
2. STEROWANIE PRACĄ PRZYRZĄDU	9
2.1. Przyciski sterujące	9
2.2. Gniazda wejściowe i wyjściowe przyrządu	9
2.3. Początkowe nastawy przyrządu	11
2.4. Przygotowanie przyrządu do pracy	11
3. OBSŁUGA PRZYRZĄDU.....	11
3.1. Ekran powitalny	12
3.2. Wyniki.....	13
3.3. Data i czas.....	14
3.4. Pamięć pomiarów.....	14
3.5. Pamięć historii.....	15
3.6. Kalibracja	16
4. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE	17
4.1. Prawidłowe przeprowadzanie pomiarów.....	17
4.2. Akumulator wewnętrzny.....	18
4.3. Kalibracja przyrządu.....	18
4.4. Gwarancja.....	19
4.4.1. Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji:.....	19
4.5. Konserwacja i naprawy.....	19
4.6. Oprogramowanie wewnętrzne.....	19
5. OZNAKOWANIE CE I DYREKTYWA WEEE	20
Dodatek A. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów	21
Dodatek B. Charakterystyki kierunkowe	22

1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU

Miernik **DLM-102** jest w pełni cyfrowym, jednozakresowym całkującym miernikiem poziomu dźwięku o dokładności odpowiadającej klasie 2.

Prosta obsługa, szeroki zakres pomiarowy oraz niewielkie wymiary umożliwiają pomiary hałasu w wielu dziedzinach. Miernik ten jest idealnym narzędziem dla zakładowego inspektora BHP, czy inspektora budowlanego dokonującego odbioru budynku. Niska cena umożliwia użycie miernika tam, gdzie do tej pory hałas nie był oceniany z powodu wysokiego kosztu przyrządów pomiarowych.

Wewnętrzny akumulator Li-ION umożliwia długotrwałe pomiary, bez konieczności ładowania; czytelny, podświetlany wyświetlacz ułatwia odczytanie wyniku w trudno dostępnych, nieoświetlonych miejscach. Duża pamięć wewnętrzna pozwala na stosowanie miernika DLM-102 w monitoringu hałasu środowiskowego, a możliwość rejestracji historii pomiaru co 100ms umożliwia jego wykorzystanie także przy ocenie hałasu lotniczego.



Rys. 1.1. Miernik poziomu dźwięku DLM-102 - widok ogólny.



Rys. 1.2. Miernik poziomu dźwięku DLM-102 – tabliczka znamionowa.

1.1. Wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:

- Ładowarka typ 6WZS 12/400 (Tatarek).
- Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP60/4.
- Kabel RS-232 (DB9F-RJ10) 1,8m.
- Kabel USB (USBA-USBB mini) 1,8m.
- Walizka transportowa.
- Instrukcja obsługi.
- Deklaracja zgodności CE.
- Karta gwarancyjna.

Wyposażenie dodatkowe:

- Kalibrator KA-10.
- Statyw miernika: SMR (1,5m).

1.2. Konfiguracja systemu

Konfiguracja podstawowa:

- Miernik poziomu dźwięku DLM-102 (Sonopan).
- Mikrofon pomiarowy 1/4" typ MK-401 (Sonopan).
- Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP60/4.

Pozostałe elementy wyposażenia, są elementami opcjonalnymi.

1.3. Wielkości mierzone

Miernik poziomu dźwięku umożliwia jednoczesny pomiar:

- z korekcją częstotliwościową A lub C:
 - chwilowa wartość skuteczna (ze stałą czasową SLOW lub FAST), np. L_{AF} ,
 - maksymalna wartość skuteczna (ze stałą czasową SLOW lub FAST), np. L_{AFmx} ,
 - wartość ekwiwalentna za ostatnią sekundę, np. L_{Aeq1s} ,
 - wartość ekwiwalentna, np. L_{Aeq} ,
 - poziom ekspozycyjny, np. L_{AE} .
- z korekcją częstotliwościową C:
 - chwilowa wartość szczytowa L_{CPk} ,
 - maksymalna wartość szczytowa L_{CMPk} ,
- czas pomiaru.

1.4. Dane techniczne

Przyrząd spełnia wymagania norm:



PN-EN 61672-1:2014

Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1:
Wymagania.

Miernik należy do grupy X, w rozumieniu normy PN-EN 61672-1.

Parametry techniczne (dla mikrofonu o czułości 12,5mV/Pa):

- Klasa dokładności 2
- Korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe A, C
- Charakterystyki dynamiczne SLOW, FAST
- Rozdzielczość odczytu:
 - pomiar 0,1dB
 - kalibracja 0,01dB
- Maksymalna wartość ciśnienia akustycznego, nie powodująca uszkodzenia miernika 150dB
- Maksymalny nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego nie powodujący zadziałania wskaźnika przesterowania 137,9dB
- Maksymalna wartość sygnału przy wymuszeniu elektrycznym (przy użyciu ekwiwalentu mikrofonu) 5,34V_{p-p}
- Sposób doprowadzenia sygnału do wejścia części elektrycznej miernika bezpośrednio z generatora o rezystancji wewnętrznej $\leq 600\Omega$
- Warunki odniesienia
 - typ pola akustycznego swobodne
 - częstotliwość odniesienia 1000Hz
 - poziom odniesienia ciśnienia akustycznego 94dB
 - zakres odniesienia 40 - 135dB
 - częstotliwość próbkowania 41,7kHz
 - kierunek odniesienia mikrofonu oś symetrii mikrofonu
 - punkt odniesienia mikrofonu środek membrany mikrofonu
 - orientacja przestrzenna odniesienia fala akustyczna padająca z kierunku odniesienia
 - temperatura odniesienia +23°C
 - wilgotność względna odniesienia 50%
 - ciśnienie atmosferyczne odniesienia 101,325kPa
- Wartość początkowa, od której rozpoczyna się badanie błędu liniowości poziom odniesienia
- Błąd podstawowy dla sygnału sinusoidalnego odniesienia (1000Hz, 94dB, w polu swobodnej fali akustycznej padającej prostopadle do płaszczyzny mikrofonu) $\leq \pm 1,0\text{dB}$
- Całkowity zakres pomiarowy poziomu dźwięku (L_A) i równoważnego poziomu dźwięku (L_{Aeq}) 40 – 135dBA
- Zakres pomiaru poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (L_{eq})

	31,5Hz	1kHz	4kHz	8kHz
A	40-98dBA	40-135dBA	40-137dBA	40-135dBA
C	45-135dBC	45-135dBC	45-135dBC	45-135dBC
- Całkowity zakres pomiarowy wartości szczytowej (L_{CPk}) 50 – 138dBC
- Szumy własne


	bez mikrofonu	z mikrofonem MK-401
A	$\leq 19\text{dB}$	$\leq 35\text{dB}$
C	$\leq 20\text{dB}$	$\leq 43\text{dB}$
- Czas pomiaru mierzony z rozdzielczością 1sekundy 999 godzin 59 minut 59 sekund
- Czas wygrzewania
 - po włączeniu zasilania 1 minuta
 - po zmianie warunków klimatycznych 15 minut
- Zasilanie
 - akumulator wewnętrzny Li-ION 7,2V 700mAh
 - ładowarka 6WZS 12/400 (Tatarek)

- Minimalne napięcie pracy akumulatora wewnętrznego 6,6V
- Zakres temperatury pracy 0 ÷ +40°C
- Zakres temperatury przechowywania -10 ÷ +50 °C
- Zakres wilgotności względnej ≤ 90% (bez kondensacji)
- Zakres ciśnienia atmosferycznego 65 ÷ 108kPa
- Emisja elektromagnetyczna zgodna z PN-EN 61672-1 (największa, gdy dołączona jest ładowarka) 194 x 81 x 30 mm
- Wymiary bez mikrofonu
- Czas ciągłej pracy z maksymalnie naładowanym akumulatorem 16h
- Masa 400g
- Nominalny wpływ odbicia fal akustycznych od obudowy miernika w polu swobodnym dla kierunku 0° Patrz tabela poniżej

f [Hz]	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2240
dL [dB]	0,01	0,05	0,11	0,12	0,40	0,17	0,01	-0,22	-0,23	-0,01	0,22
U [dB]	≤ 0,10										
f [Hz]	2500	2800	3150	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000
dL [dB]	0,24	-0,53	0,27	0,23	-0,34	0,31	0,18	-0,47	0,37	0,03	-0,02
U [dB]	≤ 0,12										
f [Hz]	8500	9000	9500	10000	10600	11200	11800	12500	13200	14000	15000
dL [dB]	0,00	-0,33	-0,29	0,28	0,39	-0,27	0,01	-0,41	0,37	-0,18	0,26
U [dB]	≤ 0,12					≤ 0,17					
f [Hz]	16000	17000	18000	19000	20000						
dL [dB]	0,38	-0,30	-0,30	-0,08	-0,26						
U [dB]	≤ 0,17										

- Poprawka stanowiąca różnicę między charakterystyką częstotliwościową mikrofonu MK-401 w swobodnym polu akustycznym i charakterystyką mikrofonu w polu ciśnieniowym kalibratora wieloczęstotliwościowego, dla kierunku 0° oraz rozszerzona niepewność jej wyznaczenia (k=2): Patrz tabela poniżej i Rys. 1.3.


f [Hz]	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2240
dL [dB]	0,00	0,01	0,03	0,04	0,00	0,07	0,07	0,12	0,09	-0,03	0,06
U [dB]	≤ 0,25										
f [Hz]	2500	2800	3150	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000
dL [dB]	-0,02	-0,06	-0,03	0,09	0,15	0,18	0,18	0,35	0,41	0,54	0,36
U [dB]	≤ 0,25					≤ 0,45					
f [Hz]	8500	9000	9500	10000	10600	11200	11800	12500	13200	14000	15000
dL [dB]	0,67	0,79	0,81	0,76	0,78	0,95	1,37	1,73	1,61	1,84	2,56
U [dB]	≤ 0,45						≤ 0,58				
f [Hz]	16000	17000	18000	19000	20000						
dL [dB]	2,78	3,12	3,54	4,08	4,10						
U [dB]	≤ 0,58										



Rys. 1.3. Poprawka pola swobodnego dla mikrofonu MK-401 i kierunku 0°.

Typową charakterystykę skuteczności mikrofonu MK-401 w polu swobodnym przedstawia tabela poniżej i Rys. 1.4.

f [Hz]	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2240	
dL [dB]	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,03	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	-0,14	-0,02	
U [dB]	≤ 0,23											
f [Hz]	2500	2800	3150	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000	
dL [dB]	-0,03	0,00	0,08	0,21	0,28	0,33	0,41	0,65	0,77	0,93	0,88	
U [dB]	≤ 0,23						≤ 0,43					
f [Hz]	8500	9000	9500	10000	10600	11200	11800	12500	13200	14000	15000	
dL [dB]	1,17	1,33	1,40	1,43	1,20	1,32	1,72	2,05	1,78	1,87	2,37	
U [dB]	≤ 0,43						≤ 0,52					
f [Hz]	16000	17000	18000	19000	20000							
dL [dB]	2,37	2,32	2,36	2,54	2,28							
U [dB]	≤ 0,52											



Rys. 1.4. Typowa charakterystyka skuteczności mikrofonu MK-401 w polu swobodnym.

1.5. Wpływ czynników zewnętrznych

- Wpływ ciśnienia atmosferycznego -0,009dB/kPa (dla 1kHz)
- Wpływ temperatury $\leq \pm 0,7$ dB (dla 1kHz)
- Wpływ wilgotności $\leq \pm 0,1$ dB (bez kondensacji)
- Wpływ pola elektromagnetycznego zgodny z PN-EN 61672-1 (największy, gdy miernik jest zorientowany równolegle do pola) zgodny z PN-EN 61672-1
- Wpływ pola elektrostatycznego zgodny z PN-EN 61672-1
- Wpływ pola magnetycznego (wskazanie w polu o natężeniu 80A/m)
 - korekcja A bez wpływu
 - korekcja C bez wpływu


1.6. Wpływ wyposażenia dodatkowego

Zainstalowanie dodatkowego wyposażenia nie powoduje pogorszenia klasy dokładności przyrządu, jednak wywiera ono pewien wpływ:

- Wpływ osłony przeciwwietrznej (dla kąta 0°) Patrz tabela poniżej i Rys. 1.5.

f [Hz]	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2240	
dL [dB]	0,07	0,12	0,13	0,12	0,16	0,27	0,24	0,34	0,47	0,45	0,53	
U [dB]	$\leq 0,08$								$\leq 0,10$			
f [Hz]	2500	2800	3150	3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000	
dL [dB]	0,47	0,49	0,50	0,49	0,21	0,18	-0,08	-0,15	-0,25	0,34	-0,35	
U [dB]	$\leq 0,10$											
f [Hz]	8500	9000	9500	10000	10600	11200	11800	12500	13200	14000	15000	
dL [dB]	-0,06	-0,37	-0,54	-0,40	-0,84	-0,32	-0,98	-0,69	-2,09	-1,56	-1,74	
U [dB]	$\leq 0,10$					$\leq 0,11$						

f [Hz]	16000	17000	18000	19000	20000
dL [dB]	-2,90	-2,98	-2,89	-3,46	-3,48
U [dB]	$\leq 0,11$				



Rys. 1.5. Wpływ osłony przeciwwietrznej OP60/4.

2. STEROWANIE PRACĄ PRZYRZĄDU

Sterowanie przyrządem jest możliwe poprzez klawiaturę umieszczoną w przyrządzie.

2.1. Przyciski sterujące

Klawiatura przyrządu składa się z:

- wyłącznika zasilania:



- przycisków służących do wyboru nastaw (pełnią one też funkcję kursorów):



- przycisków służących do obsługi pamięci oraz kalibracji:




- przycisków: START/STOP pomiaru oraz ENTER



2.2. Gniazda wejściowe i wyjściowe przyrządu

Przyrząd wyposażony jest w:


- Gniazdo mikrofonowe, typu FISHER DB102A054-130.



Rys. 2.1. Gniazdo mikrofonowe - widok z zewnątrz.

Nr pinu	Sygnat
1	+13V
2	nie podłączone
3	GND
4	nie podłączone
5	wejście sygnału
ekran	masa


- Gniazdo RS-232, typu Amphenol AMP-215875-1, służące do wymiany danych z komputerem PC.



Rys. 2.2. Gniazdo RS-232 - widok z zewnątrz

Nr pinu	Sygnat
1	GND
2	TxD
3	GND
4	RxD


- Gniazdo USB mini B, typu Wurth Electronics 65100516121 służące do wymiany danych z komputerem PC.



Rys. 2.3. Gniazdo USB mini B - widok z zewnątrz.

Nr pinu	Sygnat
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	nie podłączony
5	GND

- Gniazdo ładowarki, typu RM650/1,3 DC-JACK, z kołkiem 1,3mm.



Rys. 2.4. Gniazdo ładowarki - widok z zewnątrz.

Nr pinu	Sygnal
1	+ZAS
2	-ZAS

2.3. Początkowe nastawy przyrządu

Po włączeniu zasilania przyrząd posiada nastawy:

- Korekcja częstotliwościowa A
- Stała czasowa detektora RMS FAST

2.4. Przygotowanie przyrządu do pracy


Mikrofon należy podłączyć do złącza mikrofonowego miernika. Z mikrofonu należy zdjąć kapturek ochronny – na czas pomiaru należy go zastąpić osłoną przeciwwietrzną. Zaleca się stosowanie osłony przeciwwietrznej zawsze, bez względu na warunki atmosferyczne. Osłona ta dodatkowo chroni mikrofon przed kurzem, pyłem itp. Należy włączyć przyrząd. Początkowe nastawy przyrządu są podane w rozdziale 2.3.

Zalecane jest przeprowadzenie kalibracji akustycznej przyrządu. Sposób jej przeprowadzenia opisany jest w rozdziale 4.3.


Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć przyrząd, a mikrofon zabezpieczyć kapturkiem ochronnym.

3. OBSŁUGA PRZYRZĄDU

Wszystkie funkcje przyrządu są wywoływane przy pomocy klawiatury, jednak dostęp do funkcji krytycznych dla pomiaru jest utrudniony. Aby uruchomić taką funkcję, należy wybrany klawisz przytrzymać wciśnięty przez czas ok. 1,5 sekundy.

Zasilanie przyrządu można włączyć i wyłączyć poprzez przytrzymanie klawisza  przez ok. 1,5 sekundy

Schemat przejść między poszczególnymi ekranami menu jest przedstawiony na Rys. 3.1. Wszystkie ekrany przyrządu są dokładnie opisane w dalszej części tego rozdziału.



Rys. 3.1. Schemat przejść między ekranami menu.

3.1. Ekran powitalny

Po włączeniu przyrządu jest wyświetlany ekran powitalny, na którym znajdują się: nazwa przyrządu, wersja oprogramowania oraz dane teleadresowe producenta. Po naciśnięciu dowolnego klawisza, zostanie wyświetlony ekran wyników. Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty, to przejście do ekranu wyników nastąpi automatycznie po upływie 15 sekund.

Jeżeli akumulator wewnętrzny przyrządu uległ kompletnemu rozładowaniu, to po podłączeniu ładowarki przyrząd może nie uruchomić się od razu – należy wtedy odczekać kilkanaście minut. Po starciu przed wyświetleniem ekranu powitalnego, pojawi się prośba o wprowadzenie aktualnej daty i godziny.



wersja oprogramowania

Rys. 3.2. Ekran powitalny.

3.2. Wyniki

Wyniki na ekranie aktualizowane są raz na sekundę. Po zatrzymaniu pomiaru, przy użyciu klawisza START/STOP, wynik pomiaru jest dostępny natychmiast.



Rys. 3.3. Ekran wyników 1.



Rys. 3.4. Ekran wyników 2.












Rys. 3.5. Ekran wyników 3.



Rys. 3.6. Ekran wyników 3 – włączona rejestracja historii.

Na każdym ekranie wyników znajdują się:

- zegar czasu pomiaru:
Ⓢ 000:01:57 format hhh:mm:ss,
- wskaźnik analogowy RMS,

- wskaźnik naładowania akumulatora:
 akumulator naładowany w 100%,
 akumulator naładowany w 75%,
 akumulator naładowany w 50%,
 akumulator naładowany w 25%,
 akumulator rozładowany,
 akumulator rozładowany, możliwe automatyczne wyłączenie
- wskaźnik dołączonej ładowarki (jeżeli nie jest dołączona, to wskaźnik ten jest niewidoczny):
⚡ ładowarka jest dołączona,
- wskaźnik statusu:
[▶▶] trwa pomiar,
[||] pomiar zatrzymany,
[4] oczekiwanie na gotowość przyrządu do pracy; wyświetlana liczba określa czas oczekiwania w sekundach,
- wskaźnik rejestracji historii (jeżeli nie jest włączona, to wskaźnik ten jest niewidoczny):
HIS rejestracja historii jest włączona,
- wskaźnik przesterowania (jeżeli nie było przesterowania, to wskaźnik ten jest niewidoczny):
 w ostatniej sekundzie wystąpiło przesterowanie,
 od początku pomiaru wystąpiło przesterowanie, ale w ostatniej sekundzie go nie było,

- wyniki:
 - 57.7 dB wynik prawidłowy,
 - 27.7 dB ↓ wynik poniżej zakresu pomiarowego,
 - dB brak wyniku.



zmiana korekcji częstotliwościowej A / C (tylko gdy zatrzymany pomiar),
 przytrzymany 3 sekundy – zmiana języka: POLSKI / ANGIELSKI



zmiana stałej czasowej SLOW / FAST (tylko gdy zatrzymany pomiar),



START / STOP pomiaru,



zmiana wyświetlanego aktualnie ekranu wyników,
 przytrzymany 1,5 sekundy – skasowanie bieżącego pomiaru (tylko gdy zatrzymany pomiar),



przejdźcie do obsługi pamięci pomiarów (tylko gdy zatrzymany pomiar),
 przytrzymany 1,5 sekundy – przejdźcie do obsługi pamięci historii.



przejdźcie do ustawiania daty i czasu
 przytrzymany 1,5 sekundy – przejdźcie do kalibracji (tylko gdy zatrzymany pomiar).

UWAGA! Zmiana korekcji częstotliwościowej lub stałej czasowej powoduje skasowanie bieżącego pomiaru.

UWAGA! Zmiana języka powoduje wyświetlenie ekranu powitalnego. Po naciśnięciu dowolnego klawisza przyrząd przechodzi do wyświetlania wyników.

3.3. Data i czas

Za pomocą tego menu można sprawdzić jaka jest aktualnie ustawiona data i czas oraz je zmienić. Po wejściu do trybu edycji należy ustawić odpowiednio godzinę, minutę sekundę, dzień miesiąc i rok, przechodząc do następnych pozycji klawiszem ENTER. Naciśnięcie ENTER gdy edytowany jest rok powoduje zapisanie ustawionych parametrów i opuszczenie trybu edycji.

UWAGA! Nie jest możliwe zatwierdzenie błędnej daty (np. 31-02-2017). W takim przypadku należy nacisnąć przycisk Anuluj i ustawić datę jeszcze raz.



Rys. 3.7. Data i czas.



Rys. 3.8. Data i czas - edycja.

3.4. Pamięć pomiarów

Obsługa pamięci pomiarów to trzy czynności: zapis pomiaru, odczyt pomiaru, skasowanie pomiaru. Możliwe jest też skasowanie całej pamięci pomiarów, jednak wymaga to dodatkowego potwierdzenia.




Rys. 3.9. Zapis pomiaru do pamięci.



Rys. 3.10. Odczyt pomiaru z pamięci.



Rys. 3.11. Kasowanie pomiaru w pamięci.



Rys. 3.12. Kasowanie całej pamięci - potwierdzenie.



zatwierdzenie operacji zapisu / odczytu / kasowania pomiaru, przytrzymany 1,5 sekundy na ekranie kasowania pomiaru – skasowanie całej pamięci (z dodatkowym potwierdzeniem),



anulowanie operacji,



wybór komórki do zapisu / odczytu / kasowania – zwiększ o 1, przytrzymanie 1,5 sekundy – automatyczne powtarzanie,



wybór komórki do zapisu / odczytu / kasowania – zmniejsz o 1, przytrzymanie 1,5 sekundy – automatyczne powtarzanie,



przejście do innej czynności obsługi pamięci: zapis / odczyt / skasowanie pomiaru.

3.5. Pamięć historii

Rejestracja historii polega na cyklicznym zapisywaniu wybranych parametrów zmierzonych za okres rejestracji. Możliwa jest rejestracja od jednego do czterech parametrów: L_{Xeq} , L_{XYmx} , L_{XYmn} , L_{Cpk} , gdzie X – oznacza ustawioną korekcję częstotliwościową (A lub C), a Y – wybraną stałą czasową detektora RMS (S - SLOW lub F - FAST).

Na ekranie opcji jest wyświetlany czas, na jaki wystarczy dostępna pamięć przy wybranej kombinacji okresu rejestracji i danych rejestrowanych. Ponadto, można tam ustawić interwał (okres) rejestracji – poprzez wybór jednej z predefiniowanych wartości: 100ms, 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, a także włączyć lub wyłączyć opcję autostartu.

Rejestracja historii rozpoczyna się w momencie włączenia pomiaru, a kończy w momencie jego zatrzymania lub po zapełnieniu całej dostępnej pamięci. Jeżeli jest włączona opcja autostartu, to po rozpoczęciu kolejnego pomiaru rozpocznie się również rejestracja historii.


Możliwe jest skasowanie ostatniej historii lub wszystkich zarejestrowanych (wymaga to dodatkowego potwierdzenia).

Maksymalny czas rejestracji historii (przy pustej pamięci) przedstawia tabela poniżej.

Ilość danych	Horizont czasowy (format: dni – godziny : minuty : sekundy)						
	100ms	1s	5s	10s	15s	30s	60s
1	000-19:27:10	008-02:31:44	040-12:38:40	081-01:17:20	121-13:56:00	243-03:52:00	486-07:44:00
2	000-11:40:18	004-20:43:02	024-07:35:10	048-15:10:20	072-22:45:30	145-21:31:00	291-19:02:00
3	000-08:20:13	003-11:22:10	017-08:50:50	034-17:41:40	052-02:32:30	104-05:05:00	208-10:10:00
4	000-06:29:03	002-16:50:34	013-12:12:50	027-00:25:40	040-12:38:30	081-01:17:00	162-02:34:00




Rys. 3.13. Historia – opcje zapisu.









Rys. 3.14. Historia – wybór danych.



Rys. 3.15. Historia – kasowanie.



Rys. 3.16. Kasowanie wszystkich historii – potwierdzenie.


-  Start / Stop rejestracji historii,
-  powrót do poprzedniego menu,
-  przejście do ekranu wyboru danych rejestrowanych,
-  wybór danych rejestrowanych,
-  wybór danych rejestrowanych,
-  przejście do menu kasowania historii.

3.6. Kalibracja


Kalibracja składa się z trzech etapów:

- wpisanie poziomu referencyjnego – szczegółowy opis kalibracji znajduje się w rozdziale 4.3,
- nałożenie kalibratora i uruchomienie pomiaru,
- odczytanie wyniku lub informacji o błędzie oraz zaakceptowanie go.


Ekran menu jakie przyrząd wyświetla na każdym z etapów kalibracji są przedstawione na rysunkach poniżej.




Rys. 3.17. Kalibracja - wpisanie poziomu referencyjnego.








Rys. 3.18. Kalibracja - trwa pomiar.



Rys. 3.19. Kalibracja - zaakceptuj wynik.



Rys. 3.20. Kalibracja - błąd.

-  akceptacja wyniku kalibracji / zerowanie współczynnika kalibracji gdy błąd kalibracji,
-  start / powtórzenie pomiaru,
-  ustawienie poziomu referencyjnego – zwiększ o 0,01dB, przytrzymanie 1,5 sekundy – automatyczne powtarzanie,
-  ustawienie poziomu referencyjnego – zmniejsz o 0,01dB, przytrzymanie 1,5 sekundy – automatyczne powtarzanie,
-  przerwanie procedury kalibracji, odrzucenie ewentualnych wyników i powrót do ekranu wyników.

4. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Przy postępowaniu się przyrządem należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń:

- wszelkich zmian w połączeniach (dołączenie bądź odłączenie mikrofonu) należy dokonywać przy wyłączonym przyrządzie; odłączenie (lub podłączenie) wymienionych elementów przy włączonym mierniku, może spowodować jego uszkodzenie,
- mikrofon chronić przed wpływem wstrząsów mechanicznych, kurzu, pyłu, zawiłocenia i silnych podmuchów powietrza (stosować osłonę przeciwwietrzną!),

4.1. Prawidłowe przeprowadzanie pomiarów

Podczas pomiaru miernik powinien być umieszczony na statywie, a osoba wykonująca pomiary powinna znajdować się w takiej odległości od miernika, aby nie zakłócać pola akustycznego.

Zakres pomiarowy powinien być tak dobrany, aby miernik nie sygnalizował przesterowania lub też zbyt małegoysterowania toru pomiarowego. Jeżeli wskazywana wartość jest mniejsza niż dolna granica zakresu liniowości miernika, od wyniku pomiaru należy odjąć poprawkę obliczoną na podstawie podanej w świadectwie wzorcowania wartości poziomu szumów własnych:

$$L = 10 \cdot \log(10^{0,1 \cdot Lw} - 10^{0,1 \cdot Ls})$$

gdzie:

- L Skorygowany poziom mierzonego sygnału
- Lw Poziom wskazywany przez miernik
- Ls Poziom szumów własnych miernika

Nie należy przeprowadzać pomiarów, jeżeli temperatura otoczenia i wilgotność są w takim zakresie, że na mikrofonie może wystąpić kondensacja pary wodnej.

4.2. Akumulator wewnętrzny

Normalnym trybem pracy przyrządu jest praca z wykorzystaniem akumulatora wewnętrznego.

Aby naładować akumulator, należy do miernika podłączyć ładowarkę (dotknięcie jest sygnalizowane zapaleniem diody świecącej znajdującej się obok gniazda ładowarki, a także wyświetleniem ikony na ekranie wyników). Stan akumulatora wewnętrznego jest wyświetlany na ekranie wyników. Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane miganiem diody LED. Jeżeli dioda świeci światłem ciągłym, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

W miarę możliwości, przed ładowaniem, akumulator wewnętrzny należy rozładować do końca (do automatycznego wyłączenia się przyrządu) – należy unikać sytuacji gdy akumulator jest często „doładowywany”, gdyż zmniejsza to jego trwałość.

Możliwa jest praca ciągła z podłączonym zasilaczem zewnętrznym.

UWAGA! Jeżeli przyrząd nie jest używany przez czas dłuższy niż dwa miesiące, akumulator powinien być doładowywany. Jest to niezbędne, ponieważ akumulator ulega samo rozładowaniu.

UWAGA! Akumulator jest ładowany niezależnie od tego, czy przyrząd jest włączony, czy wyłączony!

4.3. Kalibracja przyrządu

Do wykonania poprawnego pomiaru potrzebny jest skalibrowany przyrząd. Zalecany kalibratorem akustycznym jest kalibrator KA-10 produkcji SONOPAN. Kalibrator ten wytwarza dźwięk o poziomie wzorcowym 94dB i częstotliwości 1000Hz. Można też użyć dowolnego innego kalibratora akustycznego klasy 2 lub lepszej, o poziomie i częstotliwości odpowiadających KA-10.

Aby skalibrować przyrząd należy:

- Wejść do trybu kalibracji (patrz rozdział 3).
- Obliczyć i wprowadzić poziom referencyjny:

$$L_{\text{ref}} = L_{\text{kal}} + \Delta L_{\text{ff}}$$

L_{kal} poziom ciśnienia akustycznego kalibratora, odczytany z jego świadectwa wzorcowania,
 ΔL_{ff} poprawka pola swobodnego, dla mikrofonu 1/4" równa 0,00dB.

- Założyć na mikrofon i włączyć kalibrator.
- Rozpocząć pomiar.
- Kalibracja zostanie wykonana automatycznie i po chwili pojawi się wynik, który należy zaakceptować.
- Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie, to należy usunąć przyczynę błędu i powtórzyć pomiar.
- Po zaakceptowaniu wyniku kalibracji, zdjąć i wyłączyć kalibrator. Miernik jest gotowy do pomiarów.

UWAGA! Podczas kalibracji miernik wraz z kalibratorem nie mogą być narażone na hałas o poziomie wyższym niż poziom nominalny użytego kalibratora oraz wibrację podłoża.

Opis błędów, jakie mogą wystąpić podczas kalibracji:

Komunikat	Prawdopodobna przyczyna
Sygnal poza zakresem	- wyłączony kalibrator, - źle nałożony kalibrator, - nieprawidłowy poziom referencyjny, - uszkodzony mikrofon.
Niestabilny odczyt	- wysoki poziom hałasu tła, - silne wibracje podłoża, - uszkodzony kalibrator, - uszkodzony mikrofon.
Nieznany błąd	- nieznana, skontaktuj się z serwisem.

4.4. Gwarancja

SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem:

- na Karcie Gwarancyjnej nie mogą się znajdować żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń, itd.,
- eksploatacja przyrządu powinna odbywać się zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi,
- nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

Gwarantujemy:

- przyrząd spełnia parametry techniczne podane w Instrukcji Obsługi,
- SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji prawidłowego działania przyrządu, na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu, w okresie 24 miesięcy od wyprodukowania przyrządu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych w czasie transportu (o ile nie stwierdzono wyraźnego zaniedbania producenta),
- uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez nabywcę,
- uszkodzeń wewnętrznych, zawinionych przez nabywcę.

Nabywcy przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi dopiero wówczas, gdy sprzedawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

4.4.1. Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji:

- zawiadomić SONOPAN Sp. z o. o., podając powód reklamacji, numer Karty Gwarancyjnej, miejsce i datę zakupu oraz datę produkcji,
- po otrzymaniu potwierdzenia wystąpić do SONOPAN Sp. z o. o. (poprzez firmę spedycyjną) przyrząd, załączając ważną Kartę Gwarancyjną,
- w przypadku stwierdzenia przez kontrolę techniczną SONOPAN Sp. z o. o., że uszkodzenie przyrządu nie jest objęte gwarancją lub warunki gwarancji nie zostały zachowane, nabywca zobowiązany jest zwrócić koszty przeglądu technicznego i transportu w wysokości, wykazanej na rachunku SONOPAN Sp. z o. o.,
- w przypadku uznania reklamacji w/w koszty ponosi SONOPAN Sp. z o. o..

4.5. Konserwacja i naprawy

Miernik poziomu dźwięku DLM-102 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
Wszelkich napraw przyrządu dokonuje producent.

4.6. Oprogramowanie wewnętrzne

Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej aktualizacji, instalowania, kasowania, itp. oprogramowania wewnętrznego miernika. Wersja oprogramowania jest wyświetlana na ekranie powitalnym, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3.1.

5. OZNAKOWANIE CE I DYREKTYWA WEEE

Opisywany w instrukcji produkt spełnia wymogi wytycznych Unii Europejskiej:
2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna.




Spełnienie powyższych wymogów potwierdzone jest znakiem CE.




Wyrób ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego. Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miasta bądź gminy lub z firmą zajmującą się wywozem odpadów.

Dodatek A. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów



Rys. A.1. Charakterystyka filtru A, zgodnego z PN-EN 61672-1:2014, klasa 2.



Rys. A.2. Charakterystyka filtru C, zgodnego z PN-EN 61672-1:2014, klasa 2.

Dodatek B. Charakterystyki kierunkowe

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pozioma [dB]							
	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1000Hz	1250Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	-0,02	0,01
20°	-0,01	-0,01	0,02	0,01	0,03	-0,01	-0,03	0,04
30°	-0,03	-0,02	0,03	0,01	0,05	0,01	-0,04	0,09
40°	-0,05	-0,03	0,02	-0,01	0,06	0,05	-0,03	0,13
50°	-0,06	-0,04	0,01	-0,03	0,06	0,10	-0,02	0,17
60°	-0,06	-0,06	-0,02	-0,07	0,04	0,14	0,00	0,19
70°	-0,06	-0,08	-0,06	-0,13	0,00	0,15	0,05	0,25
80°	-0,08	-0,10	-0,11	-0,20	-0,07	0,12	0,11	0,41
90°	-0,08	-0,11	-0,16	-0,27	-0,16	0,02	0,13	0,55
100°	-0,08	-0,12	-0,19	-0,33	-0,25	-0,11	0,04	0,57
110°	-0,09	-0,13	-0,21	-0,38	-0,31	-0,21	-0,14	0,43
120°	-0,10	-0,13	-0,22	-0,40	-0,34	-0,25	-0,33	0,20
130°	-0,11	-0,12	-0,21	-0,41	-0,34	-0,21	-0,41	0,00
140°	-0,10	-0,12	-0,20	-0,40	-0,30	-0,12	-0,37	-0,05
150°	-0,11	-0,11	-0,19	-0,39	-0,26	0,00	-0,27	0,08
160°	-0,10	-0,10	-0,18	-0,39	-0,22	0,10	-0,13	0,25
170°	-0,09	-0,10	-0,17	-0,39	-0,20	0,17	-0,04	0,37
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	-0,10	-0,10	-0,19	-0,41	-0,21	0,20	0,02	0,36
-160°	-0,09	-0,11	-0,21	-0,44	-0,24	0,17	0,00	0,25
-150°	-0,10	-0,12	-0,23	-0,47	-0,28	0,11	-0,05	0,13
-140°	-0,10	-0,13	-0,25	-0,49	-0,32	0,06	-0,07	0,11
-130°	-0,10	-0,14	-0,26	-0,51	-0,34	0,05	0,00	0,23
-120°	-0,10	-0,15	-0,28	-0,50	-0,33	0,11	0,16	0,43
-110°	-0,09	-0,14	-0,28	-0,46	-0,29	0,22	0,33	0,58
-100°	-0,07	-0,14	-0,25	-0,40	-0,22	0,35	0,42	0,64
-90°	-0,06	-0,12	-0,23	-0,33	-0,15	0,44	0,43	0,55
-80°	-0,07	-0,10	-0,20	-0,27	-0,08	0,48	0,37	0,41
-70°	-0,05	-0,09	-0,16	-0,20	-0,03	0,44	0,29	0,33
-60°	-0,04	-0,07	-0,13	-0,15	-0,01	0,37	0,23	0,31
-50°	-0,03	-0,05	-0,09	-0,10	0,00	0,28	0,18	0,28
-40°	-0,02	-0,03	-0,07	-0,06	0,00	0,20	0,13	0,22
-30°	-0,01	-0,02	-0,05	-0,04	-0,01	0,13	0,08	0,12
-20°	0,00	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,07	0,05	0,05
-10°	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,02	0,00

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pozioma [dB]							
	1600Hz	2000Hz	2240Hz	2500Hz	2800Hz	3150Hz	3550Hz	4000Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	0,00	0,00	-0,01	-0,02	0,05	-0,03	-0,11	0,14
20°	-0,04	0,02	-0,04	-0,10	0,18	-0,14	-0,18	0,28
30°	-0,05	0,01	-0,05	-0,28	0,35	-0,21	0,00	0,02
40°	-0,06	-0,11	0,06	-0,48	0,38	-0,24	0,12	-0,65
50°	0,01	-0,38	0,10	-0,54	0,02	0,11	0,16	-0,85
60°	0,07	-0,61	-0,11	-0,34	-0,30	-0,08	0,33	-0,03
70°	0,04	-0,64	-0,46	-0,42	-0,14	-0,56	-0,09	0,07
80°	0,01	-0,24	-0,52	-0,71	-0,22	-0,50	-0,48	-0,58
90°	0,12	-0,20	-0,21	-0,54	-0,26	-0,62	-0,27	-1,10
100°	0,30	-0,23	-0,17	-0,46	-0,04	-0,45	-0,18	-0,69
110°	0,38	-0,02	0,01	-0,47	-0,12	-0,16	-0,02	-0,37
120°	0,22	0,07	0,22	-0,15	-0,19	-0,37	0,08	-0,39
130°	-0,11	-0,23	-0,05	-0,13	0,15	-0,09	0,20	-0,56
140°	-0,25	-0,56	-0,53	-0,77	-0,39	-0,59	0,25	-0,42
150°	-0,10	-0,57	-0,63	-0,98	-0,68	-1,08	-0,98	-1,39
160°	0,08	-0,13	-0,25	-0,60	-0,20	-0,61	-0,59	-0,93
170°	0,18	0,09	-0,01	-0,36	0,22	-0,09	0,09	-0,17
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	0,08	-0,05	-0,20	-0,60	0,00	-0,45	-0,33	-0,61
-160°	-0,10	-0,37	-0,58	-1,03	-0,52	-1,07	-0,90	-1,42
-150°	-0,27	-0,56	-0,72	-1,11	-0,64	-1,11	-0,32	-0,69
-140°	-0,15	-0,27	-0,27	-0,38	0,09	-0,19	0,23	-0,24
-130°	0,22	0,13	0,24	-0,16	0,21	-0,28	-0,01	-0,61
-120°	0,50	0,22	0,30	-0,47	-0,17	-0,37	0,16	-0,37
-110°	0,53	0,07	0,01	-0,59	0,01	-0,27	-0,12	-0,61
-100°	0,29	0,08	-0,03	-0,66	-0,12	-0,53	-0,28	-0,87
-90°	0,06	0,09	-0,34	-0,81	-0,22	-0,55	-0,40	-1,15
-80°	-0,04	-0,29	-0,54	-0,55	-0,07	-0,65	-0,47	-0,07
-70°	-0,07	-0,50	-0,25	-0,33	-0,36	-0,22	0,34	0,08
-60°	-0,12	-0,34	0,10	-0,48	-0,15	0,08	0,38	-0,60
-50°	-0,19	-0,08	0,17	-0,56	0,29	-0,12	0,22	-0,91
-40°	-0,18	0,02	0,02	-0,38	0,37	-0,23	0,10	-0,14
-30°	-0,12	0,04	-0,08	-0,14	0,13	-0,11	-0,10	0,30
-20°	-0,06	0,01	-0,09	-0,01	0,00	-0,02	-0,12	0,19
-10°	0,01	0,01	-0,02	0,03	-0,05	-0,01	0,05	-0,05

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pozioma [dB]							
	4500Hz	5000Hz	5600Hz	6300Hz	7100Hz	8000Hz	8500Hz	9000Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	-0,10	-0,19	0,04	-0,12	-0,51	0,03	-0,17	-0,20
20°	-0,34	-0,72	0,48	-0,33	-0,77	-0,16	-0,08	-0,34
30°	-0,40	-1,34	1,14	-0,78	-0,39	-0,08	-0,59	-0,13
40°	0,21	-1,43	1,29	-0,86	-0,12	-0,84	-0,22	-0,88
50°	-0,14	-1,02	0,15	-0,63	-0,48	-1,09	-0,90	-0,85
60°	-0,66	-1,26	0,49	-1,15	-0,65	-0,69	-1,37	-1,61
70°	0,02	-1,82	0,56	-1,59	-0,53	-1,20	-1,16	-1,11
80°	0,10	-0,87	0,17	-1,74	-1,39	-1,48	-0,74	-1,55
90°	-0,97	-1,52	0,80	-1,14	-0,91	-1,94	-1,88	-2,59
100°	-0,75	-2,18	-0,68	-1,64	-0,63	-1,19	-0,98	-1,57
110°	-0,46	-1,62	-0,40	-2,71	-2,07	-1,99	-1,69	-1,62
120°	-0,17	-1,29	0,30	-1,21	-1,14	-2,85	-2,94	-3,08
130°	-0,41	-1,37	0,40	-1,43	-0,97	-1,00	-0,94	-1,32
140°	-0,24	-1,41	-0,09	-1,39	-0,63	-1,82	-1,66	-2,10
150°	-1,34	-2,17	-0,32	-1,63	-1,18	-1,87	-1,75	-2,25
160°	-1,51	-2,61	-1,06	-2,84	-2,33	-2,65	-2,64	-2,91
170°	0,00	-0,88	0,37	-1,01	-0,46	-1,13	-1,00	-3,19
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	-0,77	-1,89	-0,74	-2,50	-2,04	-2,80	-2,75	-3,68
-160°	-1,55	-2,51	-1,18	-2,83	-2,17	-1,60	-1,71	-2,21
-150°	-0,55	-1,25	0,02	-1,65	-1,16	-1,88	-0,75	-1,38
-140°	-0,40	-1,37	0,17	-1,01	-0,62	-1,76	-1,14	-2,48
-130°	-0,45	-1,21	0,24	-1,55	-0,70	-1,71	-1,36	-1,95
-120°	-0,41	-1,52	-0,23	-1,76	-1,48	-3,28	-2,38	-3,67
-110°	-0,83	-1,73	-0,64	-2,43	-1,84	-1,12	-0,85	-1,54
-100°	-1,05	-2,07	-0,70	-0,97	-0,64	-1,70	-1,35	-2,20
-90°	-0,20	-0,72	0,23	-1,66	-0,93	-1,97	-2,00	-1,27
-80°	0,06	-1,46	-0,23	-1,06	-1,01	-0,73	-0,99	-1,40
-70°	-0,57	-1,73	0,60	-1,51	-0,21	-1,11	-0,33	-1,20
-60°	-0,78	-0,87	-0,06	-0,73	-0,53	-0,71	-1,23	-1,66
-50°	0,19	-1,27	0,75	-0,60	0,07	-0,99	-0,17	-0,77
-40°	-0,15	-1,37	1,24	-0,97	-0,10	-0,43	-0,40	-0,82
-30°	-0,37	-0,96	0,65	-0,46	-0,53	-0,07	-0,49	-0,25
-20°	-0,21	-0,35	0,00	-0,15	-0,71	-0,10	-0,12	-0,36
-10°	-0,07	-0,05	0,06	-0,02	-0,09	0,08	0,08	0,01

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pozioma [dB]						
	9500Hz	10000Hz	10600Hz	11200Hz	11800Hz	12500Hz	
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10°	0,18	-0,22	-0,13	-0,03	-0,24	-0,16	
20°	-0,15	0,30	-0,59	1,07	-0,81	0,46	
30°	-0,20	0,31	-0,72	0,22	-0,98	-0,15	
40°	0,22	-0,52	-1,14	-0,03	-0,98	-0,49	
50°	-0,65	-0,40	-0,96	-0,39	-1,38	-0,75	
60°	-0,81	-0,93	-1,50	-0,26	-1,56	-1,05	
70°	-1,53	-1,54	-1,96	-1,06	-1,95	-1,42	
80°	-1,29	-1,36	-2,20	-1,31	-2,50	-2,13	
90°	-1,54	-1,49	-1,76	-1,09	-2,60	-2,07	
100°	-2,46	-2,55	-3,42	-2,94	-3,40	-2,13	
110°	-1,30	-1,47	-1,98	-0,84	-3,62	-3,93	
120°	-2,88	-3,25	-3,69	-2,88	-3,68	-2,77	
130°	-1,29	-1,33	-2,15	-1,35	-4,16	-4,10	
140°	-1,72	-2,14	-2,78	-1,81	-2,73	-2,33	
150°	-2,03	-1,92	-2,56	-1,26	-3,04	-2,66	
160°	-2,56	-2,62	-3,03	-2,35	-3,92	-3,07	
170°	-2,79	-3,23	-3,55	-2,80	-3,97	-3,77	
180°	x	x	x	x	x	x	
-170°	-2,98	-3,25	-3,59	-2,76	-3,98	-3,60	
-160°	-2,09	-2,44	-3,04	-2,17	-3,41	-2,28	
-150°	-1,25	-1,66	-2,71	-1,80	-3,51	-2,50	
-140°	-1,81	-1,90	-2,01	-1,12	-2,29	-1,95	
-130°	-2,16	-2,99	-3,87	-2,90	-4,78	-3,90	
-120°	-3,02	-1,72	-2,36	-1,52	-2,25	-1,35	
-110°	-1,14	-1,52	-2,57	-2,30	-4,51	-3,29	
-100°	-2,66	-2,58	-3,54	-1,00	-2,53	-1,88	
-90°	-0,81	-1,63	-2,12	-1,22	-2,72	-1,91	
-80°	-1,46	-1,14	-2,53	-1,66	-2,21	-1,29	
-70°	-1,60	-1,67	-1,23	-0,68	-1,90	-1,20	
-60°	-0,17	-0,96	-1,57	-0,20	-1,33	-0,88	
-50°	-0,66	-0,24	-1,20	-0,44	-1,50	-0,33	
-40°	0,05	-0,64	-0,52	0,14	-0,55	-0,66	
-30°	-0,24	0,34	-0,82	0,88	-1,02	0,40	
-20°	0,18	-0,12	-0,23	0,13	-0,47	0,08	
-10°	-0,08	-0,20	0,12	-0,19	0,05	-0,12	

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pionowa [dB]							
	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1000Hz	1250Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	0,00	0,00	0,02	-0,01	0,02	0,00	-0,02	0,01
20°	-0,01	-0,01	0,04	-0,02	0,05	0,02	-0,05	0,05
30°	-0,02	-0,02	0,05	-0,04	0,08	0,04	-0,06	0,11
40°	-0,03	-0,04	0,08	-0,07	0,10	0,09	-0,06	0,16
50°	-0,04	-0,05	0,07	-0,10	0,11	0,15	-0,05	0,19
60°	-0,06	-0,08	0,04	-0,16	0,10	0,21	-0,05	0,19
70°	-0,06	-0,10	0,00	-0,22	0,06	0,23	-0,03	0,25
80°	-0,08	-0,12	-0,06	-0,29	-0,02	0,18	0,03	0,46
90°	-0,09	-0,14	-0,11	-0,36	-0,12	0,06	0,08	0,59
100°	-0,09	-0,15	-0,15	-0,42	-0,21	-0,10	-0,02	0,46
110°	-0,10	-0,16	-0,17	-0,45	-0,27	-0,23	-0,27	0,23
120°	-0,11	-0,16	-0,18	-0,47	-0,30	-0,29	-0,49	0,04
130°	-0,11	-0,15	-0,18	-0,45	-0,29	-0,28	-0,57	-0,14
140°	-0,12	-0,14	-0,18	-0,43	-0,27	-0,23	-0,53	-0,17
150°	-0,11	-0,13	-0,19	-0,40	-0,24	-0,16	-0,44	-0,03
160°	-0,12	-0,13	-0,18	-0,38	-0,22	-0,10	-0,34	0,13
170°	-0,11	-0,13	-0,19	-0,36	-0,22	-0,07	-0,28	0,23
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	-0,11	-0,13	-0,22	-0,36	-0,25	-0,09	-0,28	0,19
-160°	-0,11	-0,14	-0,25	-0,37	-0,30	-0,15	-0,33	0,07
-150°	-0,11	-0,15	-0,28	-0,39	-0,35	-0,23	-0,40	-0,05
-140°	-0,12	-0,16	-0,31	-0,40	-0,40	-0,29	-0,43	-0,03
-130°	-0,11	-0,16	-0,33	-0,40	-0,43	-0,31	-0,36	0,12
-120°	-0,10	-0,17	-0,34	-0,38	-0,44	-0,26	-0,15	0,32
-110°	-0,10	-0,16	-0,33	-0,33	-0,39	-0,13	0,10	0,56
-100°	-0,08	-0,15	-0,31	-0,27	-0,31	0,03	0,23	0,71
-90°	-0,08	-0,13	-0,28	-0,20	-0,23	0,18	0,24	0,58
-80°	-0,06	-0,11	-0,25	-0,13	-0,14	0,25	0,16	0,33
-70°	-0,05	-0,09	-0,21	-0,07	-0,09	0,24	0,14	0,23
-60°	-0,03	-0,07	-0,16	-0,03	-0,06	0,18	0,13	0,24
-50°	-0,03	-0,05	-0,12	0,00	-0,05	0,12	0,12	0,25
-40°	-0,01	-0,03	-0,09	0,01	-0,05	0,08	0,09	0,21
-30°	-0,01	-0,01	-0,06	0,02	-0,04	0,04	0,07	0,13
-20°	0,00	0,00	-0,04	0,02	-0,04	0,02	0,04	0,07
-10°	0,00	0,00	-0,01	0,01	-0,02	0,00	0,02	0,03

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pionowa [dB]							
	1600Hz	2000Hz	2240Hz	2500Hz	2800Hz	3150Hz	3550Hz	4000Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	0,00	0,02	-0,01	-0,02	0,11	-0,04	-0,02	0,15
20°	-0,04	0,07	-0,01	-0,09	0,28	-0,18	-0,01	0,41
30°	-0,09	0,09	0,01	-0,25	0,43	-0,27	0,05	0,42
40°	-0,11	-0,03	0,09	-0,44	0,48	-0,10	-0,07	-0,33
50°	-0,04	-0,30	0,11	-0,51	0,19	0,28	-0,33	-0,54
60°	0,04	-0,53	-0,11	-0,28	-0,12	0,34	0,29	-0,80
70°	-0,03	-0,57	-0,54	-0,59	0,03	-0,32	0,48	0,00
80°	-0,08	-0,12	-0,33	-1,05	-0,29	-0,18	-0,31	0,24
90°	0,27	0,06	-0,25	-1,12	-0,69	-1,09	-0,13	-0,93
100°	0,44	-0,22	0,21	-0,37	0,20	-1,14	-1,04	-1,29
110°	0,36	0,27	0,36	-0,54	-0,14	-0,07	0,02	-1,37
120°	0,21	0,35	0,47	0,09	0,30	-0,18	0,05	-0,75
130°	-0,12	-0,28	-0,17	-0,16	0,54	0,41	0,73	0,05
140°	-0,24	-0,70	-0,75	-1,05	-0,61	-0,80	-0,23	0,35
150°	-0,07	-0,55	-0,79	-1,31	-0,96	-1,40	-1,42	-2,22
160°	0,15	-0,16	-0,27	-0,75	-0,27	-0,62	-0,74	-1,30
170°	0,24	0,05	-0,01	-0,44	0,17	0,00	0,01	-0,41
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	0,20	-0,10	-0,19	-0,68	-0,08	-0,45	-0,50	-1,03
-160°	-0,09	-0,43	-0,59	-1,17	-0,66	-1,25	-1,30	-2,16
-150°	-0,30	-0,62	-0,79	-1,33	-0,87	-1,35	-0,42	-0,60
-140°	-0,32	-0,25	-0,28	-0,33	0,40	0,32	0,88	0,33
-130°	0,12	0,29	0,45	0,13	0,71	0,44	0,15	-0,89
-120°	0,37	0,46	0,47	-0,40	-0,12	-0,22	0,00	-0,72
-110°	0,50	-0,06	0,19	-0,68	-0,18	-0,26	-1,00	-1,57
-100°	0,36	-0,14	-0,35	-0,93	-0,47	-1,23	-0,07	-0,13
-90°	-0,09	0,20	-0,36	-1,30	-0,73	-0,10	-0,06	-0,93
-80°	-0,24	-0,47	-0,70	-0,74	0,33	-0,29	-0,16	-0,10
-70°	-0,21	-0,63	-0,30	-0,21	0,08	-0,34	0,20	-0,63
-60°	-0,31	-0,47	0,10	-0,38	-0,10	0,12	-0,09	-0,34
-50°	-0,36	-0,10	0,15	-0,51	0,30	-0,19	0,20	-0,66
-40°	-0,30	0,10	0,08	-0,41	0,35	-0,34	0,27	-0,25
-30°	-0,18	0,11	-0,02	-0,27	0,25	-0,14	-0,07	0,17
-20°	-0,08	0,06	-0,05	-0,12	0,12	0,04	-0,12	0,20
-10°	-0,02	0,02	-0,03	-0,03	0,01	0,06	-0,06	0,02

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pionowa [dB]							
	4500Hz	5000Hz	5600Hz	6300Hz	7100Hz	8000Hz	8500Hz	9000Hz
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10°	-0,22	-0,09	-0,23	-0,15	-0,28	0,11	0,01	-0,14
20°	-0,71	-0,42	-0,32	-0,24	-0,86	0,20	0,39	-1,03
30°	-0,86	-0,58	1,10	-0,16	0,07	-0,55	0,81	-1,66
40°	0,30	-1,46	1,23	-1,24	-0,28	-1,27	0,05	-0,88
50°	0,50	-2,15	0,63	-0,06	-0,10	-0,73	-0,18	-2,19
60°	-0,42	-0,36	-0,83	-1,02	-0,72	-1,35	-0,33	-1,18
70°	-0,78	-1,48	0,90	-1,82	-0,71	-1,03	-0,43	-2,35
80°	0,24	-1,88	-0,36	-0,62	-1,47	-1,85	-0,56	-1,78
90°	-0,63	-0,34	-0,40	-1,61	-1,11	-2,07	-1,08	-2,63
100°	-0,42	-1,89	0,70	-1,76	-1,21	-2,45	-1,32	-2,44
110°	-1,35	-2,12	-0,93	-2,07	-0,34	-1,01	-1,00	-2,84
120°	-0,05	-2,18	-1,37	-3,01	-1,61	-2,81	-1,84	-3,53
130°	-0,54	-1,71	-0,18	-0,80	-2,25	-2,33	-2,12	-4,01
140°	0,62	-0,07	1,00	-1,70	-0,67	-2,74	-0,85	-2,53
150°	-2,06	-2,79	-1,16	-1,44	0,89	-0,32	1,34	-0,41
160°	-2,24	-3,70	-2,60	-4,09	-3,65	-5,84	-5,05	-6,44
170°	-0,30	-1,03	-0,13	-1,09	-0,39	-1,88	-0,79	-3,28
180°	x	x	x	x	x	x	x	x
-170°	-1,20	-2,13	-1,61	-3,12	-2,76	-4,75	-4,22	-6,72
-160°	-2,32	-3,22	-2,55	-4,32	-3,25	-1,17	0,47	-0,92
-150°	-0,16	-0,31	1,33	0,11	0,22	-1,99	1,15	-3,19
-140°	0,62	-1,16	-0,59	-1,35	-0,92	-1,71	-0,71	-3,91
-130°	-0,63	-1,51	-0,22	-2,91	-1,73	-3,73	-1,93	-3,31
-120°	-1,22	-2,66	-1,97	-1,44	-1,04	-1,50	-0,23	-2,76
-110°	-1,75	-1,33	-0,59	-1,50	-1,11	-2,25	-0,67	-3,17
-100°	-0,76	-1,80	-0,09	-1,73	-0,97	-2,37	-0,39	-2,86
-90°	0,12	-1,74	-0,60	-1,33	-0,78	-1,65	-0,65	-2,50
-80°	-0,84	-1,04	0,08	-1,65	-0,29	-2,26	0,31	-1,91
-70°	-0,36	-1,59	-0,41	-0,96	0,39	-1,44	-0,48	-2,41
-60°	-0,71	-0,92	0,32	-1,11	-0,13	-1,85	0,43	-2,22
-50°	0,20	-1,55	0,35	-0,76	-0,28	-0,99	-0,16	-1,16
-40°	-0,39	-0,79	1,20	-0,85	0,54	-1,63	0,81	-0,89
-30°	-0,60	-0,85	0,36	-0,57	-0,31	-0,11	0,99	-1,76
-20°	-0,15	-0,38	-0,13	-0,25	-0,53	0,08	0,11	-0,38
-10°	0,02	-0,03	-0,01	0,04	0,02	-0,06	0,12	-0,07

Kąt	Charakterystyka kierunkowa miernika - orientacja pionowa [dB]						
	9500Hz	10000Hz	10600Hz	11200Hz	11800Hz	12500Hz	
0°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10°	0,21	-0,55	-0,04	-0,35	-0,12	-0,13	
20°	0,76	-1,50	0,57	-0,47	0,25	-0,34	
30°	1,00	-1,01	-0,24	-0,38	-0,15	-1,17	
40°	-0,10	-1,10	-0,43	-0,71	-0,50	-0,60	
50°	0,73	-1,72	-0,56	-0,64	-0,87	-1,53	
60°	-0,76	-2,03	-1,01	-1,29	-0,93	-1,70	
70°	-0,70	-2,53	-1,95	-1,65	-1,29	-2,13	
80°	-0,79	-2,38	-1,81	-2,10	-1,88	-2,57	
90°	-1,27	-2,78	-1,12	-2,17	-2,03	-2,76	
100°	-1,05	-2,51	-2,55	-2,64	-2,91	-2,87	
110°	-1,63	-3,12	-3,10	-3,01	-2,27	-3,46	
120°	-0,88	-2,18	-1,49	-2,08	-3,05	-3,90	
130°	-2,03	-3,97	-3,39	-2,83	-3,64	-5,03	
140°	-0,21	-1,88	-0,89	-3,49	-1,32	-3,19	
150°	-1,23	-3,21	-3,07	-1,01	-2,40	-3,09	
160°	-4,92	-5,58	-5,02	-4,90	-4,75	-4,47	
170°	-1,97	-6,18	-5,60	-5,89	-6,12	-8,31	
180°	x	x	x	x	x	x	
-170°	-5,51	-7,01	-6,33	-6,18	-6,22	-7,33	
-160°	1,00	-0,42	0,28	-0,06	-0,22	-1,16	
-150°	-1,52	-2,76	-2,09	-2,88	-3,47	-4,17	
-140°	-2,62	-4,11	-2,90	-2,95	-3,01	-4,40	
-130°	-2,18	-2,90	-3,28	-3,53	-2,18	-3,07	
-120°	-1,28	-2,72	-2,26	-2,42	-2,56	-3,40	
-110°	-1,48	-3,01	-2,55	-2,69	-2,88	-3,12	
-100°	-0,90	-2,75	-2,42	-2,01	-1,16	-2,01	
-90°	-1,15	-1,90	-1,38	-2,77	-2,57	-3,12	
-80°	-1,00	-2,32	-2,00	-1,78	-1,70	-1,56	
-70°	-0,27	-2,16	-1,02	-0,82	-1,43	-1,96	
-60°	-0,84	-0,69	-1,19	-1,30	-0,48	-1,60	
-50°	0,55	-1,63	-0,31	-0,62	-0,86	-0,46	
-40°	0,48	-0,64	-0,86	-0,79	-0,14	-1,37	
-30°	1,00	-1,34	0,33	0,03	-0,28	-0,58	
-20°	0,68	-1,40	0,10	-0,64	0,19	-0,25	
-10°	0,16	-0,14	-0,04	-0,14	0,23	-0,01	

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

nr 2/2018

Producent: SONOPAN Sp. z o.o.
Adres: Ciołkowskiego 2/2
15- 950 Białystok, Polska
Wyrób: Miernik poziomu dźwięku
Typ: DLM-102

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

PN-EN 61326-1:2013 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61326-2-3:2013 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z dodatkowymi normami:

PN-EN-61672:2014 Elektroakustyka - Mierniki poziomu dźwięku - Część 1: Wymagania.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Białystok, 2018.04.17

.....
(miejsce i data wydania)

PREZES ZARZĄDU
SONOPAN Sp. z o.o.


.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



PREZES

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa,

2011 -05- 24

DECYZJA NR ZT 13/2011

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 grudnia 2010 r., nr NZ-328-2010, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 8 grudnia 2010 r., uzupełnionego pismami: z dnia 4 stycznia 2011 r., nr NZ-002-2011 oraz z dnia 26 stycznia 2011 r., nr NZ-016-2011, zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe „SONOPAN” Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez: Główny Urząd Miar, Akademię Górniczo-Hutniczą i Urząd Komunikacji Elektronicznej

ZATWIERDZAM TYP

mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM-102, produkowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe „SONOPAN” Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2, zwanych dalej „miernikami”.

Miernikom nadaje się znak zatwierdzenia typu:

PLT 1113

Mierniki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 105, poz. 717).

Charakterystyka typu:

Mierniki są przeznaczone do pomiaru:

- 1) poziomu dźwięku A uśrednianego wykładniczo według charakterystyk czasowych: F, S,
- 2) równoważnego poziomu dźwięku A,
- 3) maksymalnego poziomu dźwięku C,
- 4) szczytowego poziomu dźwięku C,
- 5) poziomu A ekspozycji na dźwięk.

Podstawowe dane metrologiczne i techniczne:

- | | |
|--|--|
| 1) klasa dokładności: | 2, |
| 2) częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne: | A, C, |
| 3) charakterystyki czasowe: | F, S, |
| 4) zakres pomiarowy: | od 35 dB do 135 dB przy charakterystyce korekcyjnej A,
od 40 dB do 138 dB przy charakterystyce korekcyjnej C, |

- 5) poziom ciśnienia akustycznego odniesienia: 94 dB,
- 6) częstotliwość wzorcowania: 1 kHz,
- 7) urządzenie wskazujące: cyfrowe o rozdzielczości 0,1 dB,
- 8) typ zainstalowanego oprogramowania: 1.2.0009,
- 9) typ mikrofonów pomiarowych: MK-401,
MK-401 z osłoną przeciw wietrzną typ OP60/4,
- 10) zasilanie: akumulator wewnętrzny Li-ION 7,2 V 700 mAh,
ładowarka typ 6WZS 12/400 o napięciu wyjściowym
stałym 12 V i prądzie wyjściowym 400 mA.
- 11) wymiary bez mikrofonu: (194 x 81 x 30) mm,
- 12) masa: 400 g.

Ogólny widok miernika przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji

Decyzja jest ważna przez okres 10 lat od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe „SONOPAN” Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2, wnioskiem z dnia 7 grudnia 2010 r., nr NZ-328-2010, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 8 grudnia 2010 r., uzupełnionym pismami: z dnia 4 stycznia 2011 r., nr NZ-002-2011 oraz z dnia 26 stycznia 2011 r., nr NZ-016-2011, wniosła o zatwierdzenie typu mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM-102, produkowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe „SONOPAN” Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91 poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679) w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Głównego Urzędu Miar może wydać decyzję zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, że zgłoszony do zatwierdzenia typ mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM-102, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 105, poz. 717).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Usługowo – Handlowe
„SONOPAN” Sp. z o.o., 15-950 Białystok,
ul. Ciołkowskiego 2/2

2. GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar.

Z up. Prezesa GUM
D. Habich
Dorota Habich
WICEPREZES



Ogólny widok miernika poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102



[Handwritten signature]

Warszawa, 22 -03- 2018



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

DECYZJA NR ZTT 7/2018

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r., bez numeru, w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia typu nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r. dotyczącej mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, zwanego dalej "stroną", który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 22 stycznia 2018 r., oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

ZMIENIAM DECYZJĘ

Nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r., w sprawie zatwierdzenia typu mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, produkowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, w sposób następujący:

1. W części zatytułowanej "Podstawowe dane metrologiczne i techniczne" punkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) typ zainstalowanego oprogramowania: 1.9.0020"

2. Załącznik otrzymuje postać określoną w załączniku do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, wnioskiem z dnia 19 stycznia 2018 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 22 stycznia 2018 r., wniosło o zmianę decyzji

zatwierdzenia typu nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r. dotyczącej mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, produkowanych przez wnioskodawcę.

Potrzebę zmiany decyzji zatwierdzenia typu uzasadniono wprowadzeniem do mierników modyfikacji, których celem miało być umożliwienie prezentacji danych pomiarowych w komputerze zewnętrznym PC wyposażonym w oprogramowanie typu SONOPAN DSA Monitor.

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, Prezes Głównego Urzędu Miar może zmienić wydaną decyzję zatwierdzenia typu, w szczególności w przypadku modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzenia do niego nowych elementów, jeżeli mają one lub mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tych przyrządów, po ponownym przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie badania typu.

W wyniku badania typu przeprowadzonego w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań Głównego Urzędu Miar stwierdzono, że typ miernika poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, w którym wprowadzone zostały modyfikacje opisane w wyżej wymienionym wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 poz. 717).

W szczególności stwierdzono, że modyfikacje mierników o znaku fabrycznym DLM 102, opisane w ww. wniosku Strony o zmianę decyzji zatwierdzenia typu, nie zmieniły charakterystyk metrologicznych tych mierników.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451) stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego¹.



Z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar

Maciej Dobieszewski
WICEPREZES

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o.
ul. K. Ciołkowskiego 2/2,
15-950 Białystok
- 2) GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar
- wszyscy.

Załącznik do decyzji Nr ZZT 7/2018
z dnia

22 -03- 2018

Ogólny widok miernika poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102





**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

DECYZJA NR ZZT 8/2018

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650 i 1338, 1480 i 1669), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r., bez numeru, w sprawie zmiany decyzji zatwierdzenia typu nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r., zmienionej decyzją nr ZZT 7/2018 z dnia 22 marca 2018 r., dotyczącej mierników poziomego dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, zwane dalej "stroną", który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 14 sierpnia 2018 r., oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

ZMIENIAM DECYZJĘ

Nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r., zmienioną decyzją nr ZZT 7/2018 z dnia 22 marca 2018 r., w sprawie zatwierdzenia typu mierników poziomego dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, produkowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, w sposób następujący:

W części zatytułowanej "Podstawowe dane metrologiczne i techniczne":

- punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zakres pomiarowy: od 40 dB do 135 dB przy charakterystyce korekcyjnej A,
od 45 dB do 135 dB przy charakterystyce korekcyjnej C,";

- punkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) typ zainstalowanego oprogramowania: 1.9.0021,"

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o. ul. K. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok, wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2018 r., bez numeru, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 14 sierpnia 2018 r. wniosło o zmianę decyzji zatwierdzenia typu nr ZT 13/2011 z dnia 24 maja 2011 r., zmienionej decyzją nr ZZT 7/2018 z dnia 22 marca 2018 r., dotyczącej mierników poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, produkowanych przez wnioskodawcę.

Potrzebę zmiany decyzji zatwierdzenia typu uzasadniono modyfikacją dolnego zakresu pomiarowego oraz poziomu szumów.

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, Prezes Głównego Urzędu Miar może zmienić wydaną decyzję zatwierdzenia typu, w szczególności w przypadku modyfikacji przyrządu pomiarowego lub wprowadzenia do niego nowych elementów, jeżeli mają one lub mogą mieć wpływ na wyniki pomiarów, warunki właściwego stosowania lub warunki techniczne użytkowania tych przyrządów, po ponownym przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie badania typu.

W wyniku badania typu przeprowadzonego w Samodzielnym Laboratorium Akustyki i Drgań Głównego Urzędu Miar stwierdzono, że typ miernika poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM 102, w którym wprowadzone zostały modyfikacje opisane w wyżej wymienionym wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 717).

W szczególności stwierdzono, że modyfikacje mierników o znaku fabrycznym DLM 102, opisane w ww. wniosku Strony o zmianę decyzji zatwierdzenia typu, nie zmieniły charakterystyk metrologicznych tych mierników.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1544 i 1629) stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego¹.



Z up. Prezesa Głównego Urzędu Miar

Maciej Dobieszewski
WICEPREZES

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Usługowo - Handlowe SONOPAN Sp. z o. o.
ul. K. Ciołkowskiego 2/2,
15-950 Białystok
- 2) GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar
- wszyscy.

¹ Art. 243. § 1. Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.
Art. 244. § 1. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 2. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

§ 3. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, właściwa okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, wyznaczy adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wskazanego przez stronę.

Art. 245. § 1. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

§ 2. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 3. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

§ 4. Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej.

Art. 246. § 1. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

- 1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;
- 2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

§ 2. Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

- 1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;
- 2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

§ 3. Adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można ustanowić dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie dotyczy to adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy.

Art. 247. Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Art. 248. Przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika z innych przepisów.

Art. 249. Przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Art. 249a. Jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Art. 251. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała.

Art. 252. § 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawianiu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

§ 1a. Oświadczenia, o których mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie sądu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

§ 2. Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.

§ 3. Postanowienie o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy doręcza się stronie, która złożyła wniosek. Środek zaskarżenia przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

Art. 254. § 1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego.

Art. 255. Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 252, okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w określonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Art. 257. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w określonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 258. § 1. Czynności w zakresie przyznania prawa pomocy wykonuje referendarz sądowy.

§ 2. Do czynności, o których mowa w § 1, należą w szczególności:

- 1) przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa pomocy;
- 2) przysyłanie wniosków o przyznanie prawa pomocy do właściwego sądu;
- 3) badanie złożonych wniosków o przyznanie prawa pomocy co do wymogów formalnych, a także co do ich treści;
- 4) przekazywanie wniosków do rozpoznania sądowi w przypadku, o którym mowa w art. 247;
- 5) wzywanie stron do uzupełnienia braków formalnych wniosków, a także do złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów;
- 6) wydawanie zarządzeń o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania;
- 7) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy;
- 8) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków.

§ 3. (uchylony).

§ 4. Czynności, o których mowa w § 2, może w szczególności uzasadnionych przypadkach wykonywać sąd. Na postanowienia albo zarządzenia sądu, o których mowa w § 2 pkt 6-8, przysługuje zażalenie.

Art. 259. § 1. Od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia.

§ 2. Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu albo wniesiony sprzeciw został prawomocnie odrzucony, zarządzenia i postanowienia, o których mowa w § 1, mają skutki prawomocnego orzeczenia sądu.

Art. 260. § 1. Rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy.

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

§ 3. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Art. 261. Od sprzeciwu i zażaleń wnoszonych w sprawie prawa pomocy nie pobiera się opłat sądowych.

Art. 262. Przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, rodzaje dokumentów źródłowych, o których mowa w art. 255, oraz okresy, za jakie mają być dokumentowane dane o majątku, dochodach i stanie rodzinnym zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. poz. 1257).