



PREZES

GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa,

09. LUT. 2006

DECYZJA NR ZT 32/2006

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2005 r. nr DN-304/2005, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar dnia 16 grudnia 2005 r., zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Uslugowo-Handlowe "SONOPAN" Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

kalibratorów akustycznych o znaku fabrycznym KA-10, produkowanych przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Uslugowo-Handlowe "SONOPAN" Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2, zwanych dalej "kalibratorami".

Kalibratorom nadaje się znak zatwierdzenia typu:

PLT 0625

Kalibratory spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne (Dz. U. Nr 27, poz. 233).

Charakterystyka typu:

1. Kalibratory są przeznaczone do wzorcowania przyrządów do pomiaru poziomu dźwięku lub poziomu ciśnienia akustycznego wyposażonych w mikrofony pomiarowe o średnicy nominalnej 23,77 mm oraz 13,2 mm.
2. Kalibratory są wyposażone w adaptory dopasowujące R10-1/2 i R10-1/4.
3. Podstawowe dane techniczne i metrologiczne:
 - 1) klasa dokładności 2
 - 2) nominalny poziom ciśnienia akustycznego 94 dB
 - 3) nominalna częstotliwość sygnału akustycznego 1 kHz
 - 4) warunki stosowania:
 - temperatura od 0 °C do +40 °C
 - ciśnienie statyczne od 65 kPa do 108 kPa
 - wilgotność względna od 25 % do 90 %
 - 5) zasilanie napięcie stałe – bateria 9 V
 - 6) wymiary:
 - średnica 41 mm
 - długość 120 mm
 - 7) masa 450 g (z baterią)

Decyzja jest ważna do 09. LUT. 2016

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe
"SONOPAN" Sp. z o.o.,
15-950 Białystok,
ul. Ciołkowskiego 2/2

2. GUM a/a

Do wiadomości:
Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar
– wszyscy

Egz. sztuk 2



Z up. Prezesa GUM

Jeremi Zarzycki
WICEPREZES